Innospire Elegance med Sidestream-sæt

Efter brug

- Skyl hver del fra forstøverenhedens medicinkammer, midterstykke, spredevinge og mundstykke/maske i rindende varmt vand
- Ryst overskydende vand af, og lad delene tørre på et rent, tørt klæde
  - delene må ikke tørres af med håndklæde eller lignende
  - der må ikke indføres skarpe genstande i dysserne
  - der må ikke bruges rengøringsbørster
- Kontroller at rengjorte dele er tørre inden de stilles til opbevaring eller tages i brug.

Dagligt

- Adskil delene fra SideStream´en: medicinkammer, midterstykke, spredevinge og mundstykket/maske
- Skyl, tør og saml delene, som anført ovenfor.
- Kontrolmodulet aftørres med en hårdt opvredet klud. Må aldrig sænkes ned i vand.
- Kontroller at rengjorte dele er tørre inden de stilles til opbevaring eller tages i brug

Ugentlig

- Vask hver del fra forstøverenheden medicinkammer, midterstykke, spredevinge og mundstykke/maske i varmt vand med et par dråber uparfumeret opvaskemiddel, og skyl det efterfølgende i rindende vand.
- Skyl alle dele i rindende varm vand
- Ryst overskydende vand af, og lad delene tørre på et rent, tørt klæde
- Kontroller at rengjorte dele er tørre inden de stilles til opbevaring eller tages i brug
- Kontrolmodulet og slange aftørres med en hårdt opvredet klud. Må aldrig sænkes ned i vand.

Sjældnere

- SideStream-sættet skal udskiftes efter 12 måneders brug.
- Filteret skal skiftes hver 3. måned